



제25-007030-02-1호

안전인증서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Explosion proof Multi Point Remote mounting wire Thermocouple & RTD

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

R570(Ex e IIC T5) / 25-KA2BO-0551X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2021-22호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품용도: 당 제품은 스테인레스강으로 제조된 안전증방폭구조 온도 측정기기임.
- 제품정격: 690 Vac, 10.5 A 이하
- 사용주위온도: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 공정온도: 사용주위온도와 동일함.
- 내부 설치 가능 TB
 - WDU 2.5(16-AV4BO-0265U), 24 개 이하, 연결 가능 도체 단면적: 2.5 mm^2

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: 없음.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 일상시험 대상 제품: 2380 Vac 절연강도 시험을 실시하여야 함.

2025 년 08 월 05 일

한국산업기술시험원장

